

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **FATOR REUMATÓIDE DEDICADO**  
Cód. Referência: **K058**  
Lote: **58.1**  
Fabricação: **06/2020**  
Validade: **02/2022**  
Registro ANVISA: **10269360156**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL LOTE 0061	59,000	62,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/02/2021



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade



**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br