



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K209**
Lote: **10**
Fabricação: **02/2021**
Validade: **02/2023**
Registro ANVISA: **10269360316**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0068	146,000	147,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	244,000	245,667
SORO HUMANO 01	1812021	52,000	57,667
SORO HUMANO 02	2022021	53,000	56,333
SORO HUMANO 03	2032021	72,000	74,333
SORO HUMANO 04	2052021	76,000	83,333
SORO HUMANO 05	2062021	37,000	43,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/03/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br