

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **FE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K209**
Lote: **11**
Fabricação: **07/2021**
Validade: **07/2023**
Registro ANVISA: **10269360316**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0070	111,000	98,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0053	232,000	215,000
SORO HUMANO 01	11212021	38,167	40,000
SORO HUMANO 02	12062021	40,667	34,000
SORO HUMANO 03	12142021	147,467	119,667
SORO HUMANO 04	11232021	46,967	48,000
SORO HUMANO 05	11312021	60,500	50,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/09/2021



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade