



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K209**
Lote: **12**
Fabricação: **03/2022**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360316**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0073	169,000	160,633
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	262,000	245,800
SORO HUMANO 01	2892022	29,867	31,267
SORO HUMANO 02	2732022	25,833	29,367
SORO HUMANO 03	2872022	50,433	50,800
SORO HUMANO 04	2592022	44,100	40,133
SORO HUMANO 05	15502021	103,500	98,200

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br