



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K209**
Lote: **13**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360316**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	158,00	155,10
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	262,00	237,40
SORO HUMANO 01	10252022	37,60	33,00
SORO HUMANO 02	10272022	45,90	48,20
SORO HUMANO 03	10282022	20,80	21,00
SORO HUMANO 04	10302022	108,70	114,70
SORO HUMANO 05	10312022	136,20	129,60

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Data: 11/10/2022

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br