

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **FE AUTOMAÇÃO**  
Cód. Referência: **K209**  
Lote: **14**  
Fabricação: **12/2022**  
Validade: **12/2024**  
Registro ANVISA: **10269360316**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	158,000	153,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	251,000	240,000
SORO HUMANO 01	12212022	44,667	41,333
SORO HUMANO 02	14552022	71,667	68,000
SORO HUMANO 03	14562022	53,667	54,667
SORO HUMANO 04	14482022	31,000	32,000
SORO HUMANO 05	14502022	50,000	51,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/01/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade