

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **FE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K209**
Lote: **15**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **03/2025**
Registro ANVISA: **10269360316**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	145,000	143,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	251,000	240,667
SORO HUMANO 01	3672023	30,667	35,667
SORO HUMANO 02	3562023	47,667	45,333
SORO HUMANO 03	3662023	41,000	43,667
SORO HUMANO 04	14942022	41,000	36,667
SORO HUMANO 05	4182023	49,000	53,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/04/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade