



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K209**
Lote: **16**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **06/2025**
Registro ANVISA: **10269360316**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	157,000	145,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	251,000	232,000
SORO HUMANO 01	7172023	34,000	31,667
SORO HUMANO 02	7182023	59,000	52,000
SORO HUMANO 03	7192023	56,000	49,667
SORO HUMANO 04	7202023	91,000	80,000
SORO HUMANO 05	7212023	67,000	56,667
SORO HUMANO 06	7222023	103,000	89,333
SORO HUMANO 07	7232023	50,000	40,000
SORO HUMANO 08	7242023	48,000	43,333
SORO HUMANO 09	7252023	28,000	32,000
SORO HUMANO 10	7262023	32,000	27,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 10/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br