



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FE AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K209**
Lote: **17**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **09/2025**
Registro ANVISA: **10269360316**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	150,000	164,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	251,000	261,667
SORO HUMANO 01	12442023	29,667	27,000
SORO HUMANO 02	12452023	49,000	53,667
SORO HUMANO 03	12462023	20,667	22,667
SORO HUMANO 04	12472023	42,667	46,000
SORO HUMANO 05	12482023	65,667	69,000
SORO HUMANO 06	12492023	47,333	49,000
SORO HUMANO 07	12512023	67,333	68,333
SORO HUMANO 08	12612023	25,667	28,000
SORO HUMANO 09	12642023	22,333	24,333
SORO HUMANO 10	12662023	43,000	44,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/10/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br