



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FERRITINA**
Cód. Referência: **K081**
Lote: **48**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **01/2024**
Registro ANVISA: **10269360135**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE FERRITINA REF.	CONTROLE FERRITINA LOTE 0047	72,300	73,367
CONTROLE FERRITINA TESTE	CONTROLE FERRITINA LOTE 0048	70,800	67,867
SORO HUMANO 01	7172022	528,933	539,900
SORO HUMANO 02	7182022	840,600	870,167
SORO HUMANO 03	7192022	1012,670	1085,170
SORO HUMANO 04	7202022	793,000	815,067
SORO HUMANO 05	7212022	612,867	626,200

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/08/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br