



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FERRITINA**
Cód. Referência: **K081**
Lote: **49**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360135**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE FERRITINA REF.	CONTROLE FERRITINA LOTE 0048	70,800	72,303
CONTROLE FERRITINA TESTE	CONTROLE FERRITINA LOTE 0049	71,000	70,733
SORO HUMANO 01	4192023	417,557	414,770
SORO HUMANO 02	4212023	243,477	238,623
SORO HUMANO 03	4232023	372,253	369,903
SORO HUMANO 04	4242023	28,505	27,317
SORO HUMANO 05	4252023	134,517	127,647

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/04/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br