



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FIBRINOGENIO**
Cód. Referência: **K136**
Lote: **39**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360218**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0035	240,200	245,000
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0034	114,400	133,333
PH01	8992023	198,833	219,533
PH02	9002023	320,033	333,433
PH03	9012023	249,100	260,067
PH04	9022023	184,067	195,900
PH05	9032023	179,200	166,433

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br