



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FLUORETO**
Cód. Referência: **A006**
Lote: **115**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360115**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
COÁGULO	4922022	Ausente	Ausente
HEMÓLISE	4922022	Ausente	Ausente
DOSAGEM GLICOSE	4922022	90,000	90,667
DOSAGEM GLICOSE 3º DIA	4922022	90,000	92,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br