



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FOSFATASE ALCALINA IFCC**
Cód. Referência: **K224**
Lote: **11**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360333**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	100,000	91,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	333,000	312,000
SORO HUMANO 01	12392022	43,667	42,667
SORO HUMANO 02	14482022	125,333	128,667
SORO HUMANO 03	14502022	76,333	78,667
SORO HUMANO 04	14552022	87,000	90,000
SORO HUMANO 05	14562022	85,333	87,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br