



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FOSFATASE ALCALINA IFCC**
Cód. Referência: **K224**
Lote: **12**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360333**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	100,000	103,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	333,000	353,333
SORO HUMANO 01	7172023	254,000	276,000
SORO HUMANO 02	7182023	110,000	125,000
SORO HUMANO 03	7192023	84,000	91,333
SORO HUMANO 04	7202023	66,000	69,333
SORO HUMANO 05	7212023	112,000	118,333
SORO HUMANO 06	7222023	92,000	101,333
SORO HUMANO 07	7232023	95,000	104,000
SORO HUMANO 08	7242023	267,000	287,333
SORO HUMANO 09	7252023	90,000	98,000
SORO HUMANO 10	7262023	185,000	204,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br