

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **FOSFATASE ALCALINA IFCC**  
Cód. Referência: **K224**  
Lote: **13**  
Fabricação: **09/2023**  
Validade: **12/2024**  
Registro ANVISA: **10269360333**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	80,000	82,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	347,000	349,667
SORO HUMANO 01	11272023	104,000	114,333
SORO HUMANO 02	11282023	55,000	55,333
SORO HUMANO 03	11292023	60,000	60,667
SORO HUMANO 04	11302023	125,000	119,667
SORO HUMANO 05	11312023	72,000	68,333
SORO HUMANO 06	11322023	55,000	53,667
SORO HUMANO 07	11332023	74,000	75,333
SORO HUMANO 08	11342023	106,000	104,333
SORO HUMANO 09	11352023	106,000	100,000
SORO HUMANO 10	11362023	65,000	61,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/10/2023

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade