



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FOSFORO**
Cód. Referência: **K020**
Lote: **97**
Fabricação: **02/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360117**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0073	2,700	2,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	8,000	7,933
SORO HUMANO 01	4272022	4,300	4,300
SORO HUMANO 02	4282022	3,733	3,900
SORO HUMANO 03	4292022	3,833	3,833
SORO HUMANO 04	4302022	3,600	3,600
SORO HUMANO 05	4312022	3,433	3,433

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/04/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br