



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **FRUTOSAMINA**
Cód. Referência: **K135**
Lote: **24**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **04/2025**
Registro ANVISA: **10269360232**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	449,000	466,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	660,000	609,333
SORO HUMANO 01	6882023	164,000	166,667
SORO HUMANO 02	6902023	154,667	153,667
SORO HUMANO 03	6922023	165,333	161,333
SORO HUMANO 04	6972023	162,333	169,667
SORO HUMANO 05	7032023	171,333	176,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br