



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GAMA GT CINÉTICO**
Cód. Referência: **K080**
Lote: **62**
Fabricação: **02/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360129**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0072	33,000	35,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	151,000	157,000
SORO HUMANO 01	0372022	25,333	23,667
SORO HUMANO 02	0402022	127,000	126,000
SORO HUMANO 03	0462022	83,000	82,333
SORO HUMANO 04	0482022	286,667	284,667
SORO HUMANO 05	0762022	69,333	66,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/02/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br