



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GAMA GT CINÉTICO**
Cód. Referência: **K080**
Lote: **63**
Fabricação: **04/2022**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360129**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0073	34,000	36,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	151,000	157,667
SORO HUMANO 01	4352022	58,667	56,667
SORO HUMANO 02	4342022	14,000	14,667
SORO HUMANO 03	4322022	17,000	17,333
SORO HUMANO 04	0592022	42,000	36,667
SORO HUMANO 05	0542022	43,333	39,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br