



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GAMA GT CINÉTICO**
Cód. Referência: **K080**
Lote: **64**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360129**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	34,000	35,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	151,000	159,000
SORO HUMANO 01	7172022	96,000	100,000
SORO HUMANO 02	7182022	58,000	60,333
SORO HUMANO 03	7192022	56,000	57,333
SORO HUMANO 04	7202022	53,000	57,000
SORO HUMANO 05	7212022	110,000	112,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br