



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GAMA GT CINÉTICO**
Cód. Referência: **K080**
Lote: **65**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **03/2025**
Registro ANVISA: **10269360129**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	33,000	32,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	153,000	157,333
SORO HUMANO 01	3472023	67,667	65,333
SORO HUMANO 02	3502023	210,000	204,333
SORO HUMANO 03	3532023	245,667	234,000
SORO HUMANO 04	3582023	46,333	45,667
SORO HUMANO 05	3642023	62,333	60,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br