



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GAMA GT CINÉTICO**
Cód. Referência: **K080**
Lote: **66**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **08/2025**
Registro ANVISA: **10269360129**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	31,000	30,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	155,000	154,667
SORO HUMANO 01	3432023	192,000	183,667
SORO HUMANO 02	3572023	102,000	92,000
SORO HUMANO 03	4252023	175,000	183,333
SORO HUMANO 04	5472023	48,000	51,333
SORO HUMANO 05	5482023	71,000	70,667
SORO HUMANO 06	7002023	80,000	79,333
SORO HUMANO 07	7382023	13,000	15,000
SORO HUMANO 08	7412023	201,000	207,333
SORO HUMANO 09	7462023	22,000	20,000
SORO HUMANO 10	7552023	72,000	71,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br