



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GIARDIA AG VET FAST**
Cód. Referência: **VET002**
Lote: **2/23**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **08/2025**
Registro MAPA: **10.317/2020**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
AMOSTRA VET 01	V1932023	Positivo	Positivo
AMOSTRA VET 02	V1942023	Positivo	Positivo
AMOSTRA VET 03	V1952023	Positivo	Positivo
AMOSTRA VET 04	V1962023	Positivo	Positivo
AMOSTRA VET 05	V1972023	Positivo	Positivo
AMOSTRA VET 06	V1982023	Negativo	Negativo
AMOSTRA VET 07	V1992023	Negativo	Negativo
AMOSTRA VET 08	V2002023	Negativo	Negativo
AMOSTRA VET 09	V2012023	Negativo	Negativo
AMOSTRA VET 10	V2022023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/08/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br