

Certificado de Análise Controle da Qualidade

PRODUTO: **GIEMSA**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **C002**

LOTE: **0126**

FABRICAÇÃO: **01/2022**

VALIDADE: **01/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360324**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	KIT REFERÊNCIA	KIT TESTE
HEMÁCIAS	Coloração rósea	Coloração rósea	Coloração rósea
PLAQUETAS	Coloração azulada	Coloração azulada	Coloração azulada
NEUTRÓFILOS	Núcleo azul escuro e citoplasma rosa pálido com granulações da cor rosa ao azul escuro	Núcleo azul escuro e citoplasma rosa pálido com granulações rosa	Núcleo azul escuro e citoplasma rosa pálido com granulações rosa
LINFÓCITOS	Núcleo azul violeta e o citoplasma azul	Núcleo azul violeta e o citoplasma azul	Núcleo azul violeta e o citoplasma azul
BASÓFILOS	Núcleo púrpura a azul escuro e citoplasma com granulações volumosas azul escuro	Núcleo púrpura e citoplasma com granulações volumosas azul escuro	Núcleo púrpura e citoplasma com granulações volumosas azul escuro
MONÓCITOS	Núcleo azul violeta e citoplasma azul claro	Núcleo azul violeta e citoplasma azul claro	Núcleo azul violeta e citoplasma azul claro
EOSINÓFILOS	Núcleo azul e citoplasma rosa pálido com grânulos volumosos que variam do vermelho ao laranja	Núcleo azul e citoplasma rosa pálido com granulações laranja	Núcleo azul e citoplasma rosa pálido com granulações laranja

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/02/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

