

Certificado de Análise Controle da Qualidade

PRODUTO: **GIEMSA**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **C002**

LOTE: **0131**

FABRICAÇÃO: **06/2024**

VALIDADE: **06/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360324**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
Hemácias	Coloração rósea	Conforme
Plaquetas	Coloração azulada	Conforme
Neutrófilos	Núcleo azul escuro e citoplasma rosa pálido com granulações que variam de rosa ao azul claro	Conforme
Linfócitos	Núcleo azul violeta e o citoplasma azul	Conforme
Basófilos	Núcleo púrpura a azul escuro e citoplasma com granulações volumosas azul escuro	Conforme
Monócitos	Núcleo azul violeta e citoplasma azul claro	Conforme
Eosinófilos	Núcleo azul e citoplasma rosa pálido com grânulos volumosos que variam do vermelho ao laranja	Conforme

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/08/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade