



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GLICOSE MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K082**
Lote: **81**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360136**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	65,000	66,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	222,000	222,000
SORO HUMANO 01	10002022	113,333	115,000
SORO HUMANO 02	10012022	118,667	118,667
SORO HUMANO 03	10022022	135,333	135,667
SORO HUMANO 04	10032022	96,333	96,667
SORO HUMANO 05	10042022	148,667	149,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/09/2022

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br