



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GLICOSE MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K082**
Lote: **83**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360136**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	69,000	72,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	222,000	223,000
SORO HUMANO 01	14932022	167,333	173,000
SORO HUMANO 02	14892022	168,000	173,333
SORO HUMANO 03	15012022	124,333	129,333
SORO HUMANO 04	14902022	150,333	154,667
SORO HUMANO 05	14082022	108,333	105,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/01/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br