



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GLICOSE MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K082**
Lote: **84**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360136**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	69,000	70,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	226,000	220,333
SORO HUMANO 01	3692023	78,667	77,333
SORO HUMANO 02	3702023	73,000	72,000
SORO HUMANO 03	4242023	43,333	42,667
SORO HUMANO 04	3722023	100,000	98,667
SORO HUMANO 05	3732023	153,667	153,000
SORO HUMANO 06	4342023	107,333	105,000
SORO HUMANO 07	4232023	129,333	127,000
SORO HUMANO 08	3582023	71,667	70,000
SORO HUMANO 09	4212023	121,667	119,000
SORO HUMANO 10	3662023	43,667	43,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br