



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GLICOSE MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K082**
Lote: **85**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **12/2024**
Registro ANVISA: **10269360136**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	59,000	56,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	230,000	216,667
SORO HUMANO 01	7502023	113,667	114,333
SORO HUMANO 02	7492023	90,000	89,000
SORO HUMANO 03	7472023	53,333	52,667
SORO HUMANO 04	7482023	208,333	204,000
SORO HUMANO 05	7452023	109,667	108,333
SORO HUMANO 06	7302023	89,667	88,667
SORO HUMANO 07	7522023	92,667	92,000
SORO HUMANO 08	7512023	136,333	135,333
SORO HUMANO 09	7332023	158,000	154,667
SORO HUMANO 10	7312023	125,000	120,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br