



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **GLICOSE MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K082**
Lote: **87**
Fabricação: **10/2023**
Validade: **04/2025**
Registro ANVISA: **10269360136**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	59,000	57,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	230,000	224,333
SORO HUMANO 01	12552023	123,333	124,333
SORO HUMANO 02	11632023	119,667	119,667
SORO HUMANO 03	11712023	124,667	125,667
SORO HUMANO 04	12532023	138,000	139,333
SORO HUMANO 05	11612023	112,000	111,333
SORO HUMANO 06	12592023	155,333	155,333
SORO HUMANO 07	12422023	111,333	111,333
SORO HUMANO 08	12572023	33,333	34,000
SORO HUMANO 09	11722023	124,667	125,333
SORO HUMANO 10	12522023	109,333	109,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br