



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HBA1C BIRREAGENTE**
Cód. Referência: **K162**
Lote: **27**
Fabricação: **07/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360270**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE HBA1C - NÍVEL 1	CONTROLE HBA1C LOTE 0035	6,370	6,203
CONTROLE HBA1C - NÍVEL 2	CONTROLE HBA1C LOTE 0035	11,980	11,117
SANGUE TOTAL 01	7052022	4,050	4,250
SANGUE TOTAL 02	7062022	5,040	5,130
SANGUE TOTAL 03	7072022	5,430	5,653
SANGUE TOTAL 04	7082022	6,340	6,583
SANGUE TOTAL 05	7092022	8,490	8,230

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/07/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br