

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **HBA1C BIRREAGENTE DEDICADO**
Cód. Referência: **K162**
Lote: **29.1**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360270**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE HBA1C - NÍVEL 1	CONTROLE HBA1C LOTE 0036	6,250	6,360
CONTROLE HBA1C - NÍVEL 2	CONTROLE HBA1C LOTE 0036	11,210	10,747

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/03/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade