



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HBA1C BIRREAGENTE DEDICADO**
Cód. Referência: **K162**
Lote: **29.1**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360270**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE HBA1C - NÍVEL 1	CONTROLE HBA1C LOTE 0036	6,250	6,310
CONTROLE HBA1C - NÍVEL 2	CONTROLE HBA1C LOTE 0036	11,210	10,833

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br