



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HBA1C BIRREAGENTE**
Cód. Referência: **K162**
Lote: **30**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360270**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE HBA1C - NÍVEL 1	CONTROLE HBA1C LOTE 0036	6,250	6,227
CONTROLE HBA1C - NÍVEL 2	CONTROLE HBA1C LOTE 0036	11,210	10,637
SANGUE TOTAL 01	7752023	4,340	4,087
SANGUE TOTAL 02	7762023	4,290	4,183
SANGUE TOTAL 03	7772023	4,630	4,177
SANGUE TOTAL 04	7782023	5,050	4,707
SANGUE TOTAL 05	7792023	4,370	4,193

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/06/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br