



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HBSAG**
Cód. Referência: **K145**
Lote: **108**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **02/2025**
Registro ANVISA: **10269360307**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SANGUE TOTAL 01	5932023	Negativo	Negativo
SANGUE TOTAL 02	5942023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 01	0732023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	0742023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	0752023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	0762023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	0772023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	0792023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 07	12992022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 08	13752022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 09	13772022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	13782022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/05/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br