



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HCG STRIP**
Cód. Referência: **K039**
Lote: **167**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360105**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	8562022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	8572022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	8582022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	8592022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	8602022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	8612022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 07	8622022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 08	8632022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 09	10002022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	10012022	Negativo	Negativo
URINA HUMANA 01	8472022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 02	4112021	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 03	4122021	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 04	8492022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 05	4172021	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 06	11842018	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 07	8452022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 08	9412022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 09	11832018	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 10	8462022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 11	3952022	Negativo	Negativo
URINA HUMANA 12	3962022	Negativo	Negativo
URINA HUMANA 13	3972022	Negativo	Negativo
URINA HUMANA 14	3942022	Negativo	Negativo
URINA HUMANA 15	3982022	Negativo	Negativo

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/10/2022



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade