

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **HCG STRIP**
Cód. Referência: **K039**
Lote: **169**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360105**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	8592022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	1512023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	1502023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	1552023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	1542023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	1522023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 07	1582023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 08	1572023	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 09	8672022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	8642022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 01	8822022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 02	8692022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 03	8762022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 04	8832022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 05	8782022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 06	8862022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 07	8882022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 08	8892022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 09	8732022	Positivo	Positivo
URINA HUMANA 10	3952022	Negativo	Negativo
URINA HUMANA 11	3942022	Negativo	Negativo
URINA HUMANA 12	3962022	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/05/2023



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454

