# *Certificado de Análise*

## Controle da Qualidade

Produto: **HDL DIRETO**

Cód. Referência: **K071**

Lote: **113**

Fabricação: **08/2022**

Validade: **02/2024**

Registro ANVISA: **10269360122**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---|---|---|---|
| SORO CONTROLE 01 | BIOCONTROL N LOTE 0074 | 38,000 | 36,000 |
| SORO CONTROLE 02 | BIOCONTROL P LOTE 0056 | 67,000 | 72,000 |
| SORO HUMANO 01 | 7232022 | 45,000 | 40,333 |
| SORO HUMANO 02 | 7242022 | 32,000 | 27,333 |
| SORO HUMANO 03 | 7352022 | 25,000 | 22,000 |
| SORO HUMANO 04 | 7362022 | 32,000 | 27,000 |
| SORO HUMANO 05 | 7252022 | 49,000 | 42,000 |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/08/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br