

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **HDL DIRETO**
Cód. Referência: **K071**
Lote: **114**
Fabricação: **12/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360122**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	38,000	33,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	70,000	71,000
SORO HUMANO 01	12352022	24,333	24,667
SORO HUMANO 02	12292022	27,000	27,667
SORO HUMANO 03	12372022	27,333	26,000
SORO HUMANO 04	14912022	52,000	51,000
SORO HUMANO 05	14922022	39,667	40,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/01/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade