



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HDL DIRETO**
Cód. Referência: **K071**
Lote: **116**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360122**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	40,000	34,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	70,000	72,667
SORO HUMANO 01	14932022	42,000	41,000
SORO HUMANO 02	14892022	36,000	36,000
SORO HUMANO 03	14842022	30,333	29,000
SORO HUMANO 04	14942022	36,667	35,000
SORO HUMANO 05	15122022	41,333	40,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br