



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HDL DIRETO**
Cód. Referência: **K071**
Lote: **117**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360122**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	40,000	34,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	70,000	71,333
SORO HUMANO 01	15092022	42,667	42,333
SORO HUMANO 02	1072022	44,667	44,000
SORO HUMANO 03	14802022	18,333	18,000
SORO HUMANO 04	15022022	46,000	45,333
SORO HUMANO 05	14872022	51,000	50,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br