



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HDL DIRETO**
Cód. Referência: **K071**
Lote: **118**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360122**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	40,000	35,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	70,000	75,667
SORO HUMANO 01	5492023	57,000	53,333
SORO HUMANO 02	5502023	36,000	37,000
SORO HUMANO 03	5512023	32,000	31,000
SORO HUMANO 04	5522023	70,000	66,000
SORO HUMANO 05	5532023	49,000	47,000
SORO HUMANO 06	5542023	46,000	46,000
SORO HUMANO 07	5552023	57,000	52,000
SORO HUMANO 08	5562023	52,000	49,667
SORO HUMANO 09	5572023	39,000	37,000
SORO HUMANO 10	5612023	38,000	34,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/06/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br