



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HDL DIRETO**
Cód. Referência: **K071**
Lote: **119**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360122**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	32,000	30,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	73,000	79,667
SORO HUMANO 01	4222023	31,333	29,000
SORO HUMANO 02	6742023	51,333	48,667
SORO HUMANO 03	7372023	47,000	45,333
SORO HUMANO 04	6812023	66,000	63,333
SORO HUMANO 05	6822023	66,000	62,333
SORO HUMANO 06	4232023	11,667	11,667
SORO HUMANO 07	6702023	35,000	34,667
SORO HUMANO 08	6942023	32,000	30,667
SORO HUMANO 09	6962023	6,000	6,000
SORO HUMANO 10	6912023	38,000	38,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 31/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br