



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HDL DIRETO**
Cód. Referência: **K071**
Lote: **120**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360122**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	32,000	31,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	73,000	70,667
SORO HUMANO 01	12432023	37,333	37,000
SORO HUMANO 02	12522023	36,000	36,000
SORO HUMANO 03	12532023	33,333	33,000
SORO HUMANO 04	12552023	38,000	37,000
SORO HUMANO 05	12572023	31,333	31,000
SORO HUMANO 06	12582023	39,000	38,000
SORO HUMANO 07	12622023	35,000	34,333
SORO HUMANO 08	12632023	32,667	32,000
SORO HUMANO 09	12652023	51,333	50,667
SORO HUMANO 10	12672023	49,667	49,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br