



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HIV-TRI LINE**
Cód. Referência: **K087**
Lote: **65**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **06/2024**
Registro ANVISA: **10269360148**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SANGUE TOTAL 01	10472022	Positivo	Positivo
SANGUE TOTAL 02	10462022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	10002022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 02	10012022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	10022022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	10032022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	10042022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	10052022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	10062022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	10072022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	10082022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	10092022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 11	10102022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 12	10112022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 13	10122022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 14	10132022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 15	10142022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 16	10152022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 17	10162022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 18	10172022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 19	10182022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 20	10192022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 21	1622020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 22	1632020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 23	1642020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 24	1652020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 25	1662020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 26	1672020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 27	1682020	Positivo	Positivo

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **HIV-TRI LINE**
Cód. Referência: **K087**
Lote: **65**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **06/2024**
Registro ANVISA: **10269360148**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 28	1692020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 29	5982020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 30	10382022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 31	10392022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 32	10402022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 33	10412022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 34	10422022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 35	10432022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br