



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **IONS SODIO AUTOMAÇÃO**  
Cód. Referência: **K132**  
Lote: **31**  
Fabricação: **12/2020**  
Validade: **12/2021**  
Registro ANVISA: **10269360211**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| SORO CONTROLE 01          | BIOCONTROL N LOTE 0067 | 139,000            | 140,667              |
| SORO CONTROLE 02          | BIOCONTROL P LOTE 0052 | 162,000            | 158,667              |
| SORO HUMANO 01            | 0262021                | 141,000            | 145,000              |
| SORO HUMANO 02            | 0152021                | 129,000            | 137,667              |
| SORO HUMANO 03            | 0142021                | 137,000            | 143,333              |
| SORO HUMANO 04            | 0272021                | 140,000            | 147,333              |
| SORO HUMANO 05            | 0112021                | 137,000            | 145,000              |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/02/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade



**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br