



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IONS SODIO AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K132**
Lote: **32**
Fabricação: **04/2021**
Validade: **03/2022**
Registro ANVISA: **10269360211**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0069	147,000	140,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0053	162,000	156,000
SORO HUMANO 01	2932021	156,667	161,000
SORO HUMANO 02	2952021	158,333	158,667
SORO HUMANO 03	2962021	153,000	152,000
SORO HUMANO 04	2992021	148,333	147,000
SORO HUMANO 05	3012021	159,667	160,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/05/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br