



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IONS SODIO AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K132**
Lote: **33**
Fabricação: **10/2021**
Validade: **09/2022**
Registro ANVISA: **10269360211**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0071	143,000	149,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0054	162,000	169,000
SORO HUMANO 01	13152021	139,000	143,333
SORO HUMANO 02	13162021	138,000	141,333
SORO HUMANO 03	13172021	141,000	144,000
SORO HUMANO 04	13182021	141,000	143,000
SORO HUMANO 05	13202021	141,000	142,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/10/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br