



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **IONS SODIO AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K132**
Lote: **36**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360211**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	137,000	136,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	157,000	154,000
SORO HUMANO 01	3692023	151,900	155,000
SORO HUMANO 02	3702023	145,467	148,333
SORO HUMANO 03	3712023	149,400	154,333
SORO HUMANO 04	3722023	154,300	157,333
SORO HUMANO 05	3732023	157,667	161,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/04/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br